



Bild 3.53: Durch den Einsatz einer Immersionsflüssigkeit zwischen Objekt und Mikroskoplinse lässt sich die Lichtstärke und das Auflösungsvermögen des Mikroskops wesentlich verbessern.